



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
Campus Luzerna

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23475.001081/2015-79

ASSUNTO: Esclarecimento **03**

OBJETO: Registro de Preço para eventual aquisição de Material de Consumo para manutenção das atividades práticas dos cursos de Engenharia de Controle e Automação e Técnico em Automação Industrial, do IFC – Campus Luzerna.

Trata-se de pedido de esclarecimento encaminhado pela empresa **TORK FERRAMENTAS**, via *e-mail* datado de 19/07/2016 às 13:15 no uso do direito previsto no art. 19, do Decreto 5.450/2005, interessada em participar do **Pregão Eletrônico (SRP) nº. 0017/2015** que tem por objeto, Registro de Preço para eventual aquisição de Material de Consumo para manutenção das atividades práticas dos cursos de Engenharia de Controle e Automação e Técnico em Automação Industrial, do IFC – Campus Luzerna.

A empresa **TORK FERRAMENTAS**, apresenta o seguinte questionamento:

(QUESTIONAMENTO 1)

“Prezados srs.;

Referente ao grupo 01. Item 129 do processo 0017/2015, precisamos saber o comprimento da haste metálica para darmos continuidade a proposta

30 PC Sensor de Temperatura Pt100 de 3 fios

Faixa de temperatura: -40 a +300 °C

Cabo: fio 24 AWG com 1m de comprimento com fibra e trança metálica

Coefficiente de temperatura: Tc=3850 ppm/K

Resistência a 0 graus Celsius: 100 Ohms

Resistência de isolamento: 100 MOhm à 25 °C

Corrente de medição: 1 mA


Classe de tolerância: W0.3 de acordo com IEC60751:2008

Classe B ”.

Em resposta ao questionamento acima descrito, a Equipe Técnica informa o comprimento da haste metálica com 100mm.

É o que tenho a informar.

Luzerna, 20 de Julho de 2016


Paulo Roberto da Silva
Coordenador de Licitações e Contratos
IFC - Campus Luzerna
Portaria nº 39 D.O.U. 24/02/2016

